Ръководство според. Декларацията на производителя - Електромагнитни излъчвания		
Дигиталният електронен термометър Ведо Фемили е проектиран да функционира в електромагнитна среда, посочена по-долу. Клиентът/потребителят на термометъра трябва да е сигурен, че устройството се използва в такава среда.		
Тест на излъчванията	Група 1	Термометърът ***Ведо Фемили*** използва RF енергия само за своята вътрешна функция. За това RF излъчванията са много малки и вероятно не могат да причинят смущения на електронно оборудване, намиращо се в близост до термометъра.
излъчвания	Клас B	Термометърът ***Ведо Фемили*** може да се използва във всякакви помещения.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ (ЕС)

Този продукт е произведен в съответствие с определени стандарти и изисквания свързани с безопасността и с електромагнитната му съвместимост; особено внимание трябва да се обърне на EMC в тази листовка. Портативното и мобилно радиокомуникационно оборудване може да повлияе работата на електромедицинския уред. Ако настъпи електромагнитен дисбаланс повторете измерването ако стойностите са съмнителни.

Този продукт отговаря на директива 2002/96/ЕС на ЕС.Символът на термометъра (зачеркнат контейнер за отпадъци) показва, че когато вече не е годен за употреба трябва да се отдели от отпадъците на домакинството и да се изхвърли в център за рециклиране на електрическо оборудване или да се върне на дилъра, когато се купува еквивалентен продукт. Купувачът е отговорен за изхвърлянето на продукта по посочения начин. Правилното изхвърляне и последващото рециклиране, както и съобразеното с околната среда изхвърляне помага да се избегнат възможните негативни ефекти върху околната среда и здравето.Така се подпомага и рециклирането на материалите от които е направен продукта. За по-подробна информация свързана със събирането на отпадъците, моля свържете се с местния център за отпадъци или там откъдето сте се сдобили с термометъра.

ГАРАНЦИЯ

Производителят - фирма Артсана гарантира за този продукт при всякакви дефекти, причинени от дефектни материали или изработка. Гаранцията покрива дефекти, които са се появили при нормална употреба в домашни условия, само ако са спазвани инструкциите за употреба, посочени в тази листовка. Артсана не носи отговорност при никакви обстоятелства за специфични и непреки вреди, причинени при употребата на този продукт и не възстановява разходи, по-високи от стойността на продукта. Гаранцията не покрива повреди, причинени от батерията или при неправилна употреба.

В различните държави условията на гаранцията може да са различни.

Производител: Artsana S.p.A., Grandate (MI) - Италия
Вносител: „Булгермед ВЕ" ООД, София, ул. "Светослав Тертер„ № 24, тел. 02/942 70 70, www.bulgermed.com

PiC solution

Vedo family
Ведо Фемили

ARTSANA S.p.A. - Grandate (CO) Italy

Електронен дигитален термометър

Скъпи клиенти, благодарим Ви, че избрахте ***Bego Femili***, устойчивия дигитален електронен термометър. Всички термометри на ПиК са създадени според най-новите технологии и са преминали през строги проверки на качеството в съответствие със законодателството на ЕС, което гарантира отличното им качество и точност. Термометърът на ПиК измерва бързо температурата на тялото от 32.0° до 42.0°C (с колебание ± 0.1°C, а материалите от които е изработен го правят удароустойчив).

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Включете термометъра като натиснете бутона ON/OFF. На дисплея се появява 188,8°E, придружено от звук за около две секунди. Когато бутонът се отпусне се появява последното направено измерване, след което на дисплея се появява „L/°C“. Мигащите „L/°C“ обозначават началото на измерването. Когато температурата не се промени в продължение на 15 секунди акустичен сигнал отчита, че измерването е завършило. Времето на измерване зависи от това в коя част на тялото се мери температурата (около 2-3 минути под мишницата, около минута *орално* или *ректално*).

ПРАВИЛНО ИЗМЕРВАНЕ

Термометърът трябва да бъде поставен правилно, за да може да се осигури точно измерване на температурата. Телесната температура е субективна и може да се измеря през целия ден с разлика до 1°C. Всеки трябва да знае каква е нормалната му телесна температура, когато е в добро здраве. Много важно е да се знае, че „нормалната“ телесна температура е различна в различните части от тялото. В таблицата по-долу е показана нормалната телесна температура при възрастни хора, измерена в различни части от тялото:

МЯСТО НА ИЗМЕРВАНЕ	„НОРМАЛНА“ ТЕМПЕРАТУРА
Ректално измерване	36.6÷38.0°C
Аксиларно измерване	34.7÷37.3°C
Орално измерване	35.5÷37.5 °C

Орално измерване

Поставете термометъра под езика. Сензорът трябва да е в добър контакт с основата на езика. Затворете устата, дишайте равномерно през носа, за да избегнете постъпването на въздух в устата, който да повлияе на измерването.

Не пийте топли или студени напитки, не извършвайте физически упражнения, не взимайте душ или вана и не пушете 15 минути преди да направите измерването.

Времетраене на измерването: около една минута.

Ректално измерване

(препоръчително при бебета и малки деца)

Внимателно поставете термометъра на не повече от 0,5 см навътре в ануса. Ако има дори най-малко съпротивление, спрете незабавно. Придържайте термометъра по време на измерването.

Времетраене на измерването: около една минута.

Аксиларно измерване

Уверете се, че областта на подмишницата е суха и че няма дрехи, които да възпрепятстват правилното поставяне на термометъра. Поставете сондата в областта на подмишницата, като държите ръката близо до гръдния кош.

Времетраене на измерването: около две/три минути.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

(Преди и след употреба)

Използвайте чиста кърпа, напоена с алкохол или обикновен дезинфектант, за да почистите и дезинфекцирате термометъра и сондата.

Не използвайте абразивни препарати, разтворители и бензол. Уредът не е водоустойчив и не трябва да бъде потапян във вода или други почистващи течности.

СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

Термометърът се захранва с батерия LR-41 (или L-736), която издържа средно повече от една година 1000 измервания. Когато символът ▼ се появи на дисплея, това означава, че батерията е изтощена. За да я подмените отворете капака и извадете изхабената батерия. Изтощените батерии трябва да се изхвърлят в специални контейнери за разделно събиране на отпадъците. Ако се погълнат са токсични.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Важно, моля пазете инструкциите и прочетете внимателно преди употреба. Не излагайте термометъра на пряка слънчева светлина или висока температура. Силните електромагнитни полета могат да променят точното измерване. Желателно е термометъра да се почиства с памучен тампон напоен с алкохол или дезинфектант. *Не потапяйте изцяло термометъра във вода, алкохол или дезинфектант. Да се пази от деца!*

Не оставяйте децата без наблюдение докато им измерват температурата. При висока температура, моля свържете се с Вашия лекар.

1. BF - тип на оборудването
2. Този продукт е в съответствие с Директивата за медицински устройства 43/92/EEC.
3. EN 12470 - 3:2000 - Клинични термометри.

Част 3: Компактни електрически термометри

Температура на транспортиране и съхранение: -10°C до +50 °C. Относителна влажност при транспортиране и съхранение: 15% до 95%. Възможност за измерване при температурен диапазон: 0°C до +50°C и относителна влажност 15% до 95%.